






附件:

## 2024年第2期实验室安全检查隐患清单



序号	实验室 房间	负责人	隐患描述	检查依据	现场照片	整改要求
1、宇航学院						
1	西山E 栋/E01	武毅	存放有可燃性 杂物	6.2.2 实验 室环境应整 洁卫生有序		清理杂物, 保持卫生环 境整洁
2	西山E 栋/E01	武毅	接线板直接放 置于地面	8.1.1 实验 室用电安全 应符合国家 标准(导 则)和行业 标准		插线板不宜 放在地面
3	西山E 栋/E01	武毅	气瓶没有状态 标签	9.6.2 气体 (气瓶)的 存放和使用 符合相关要 求		添加气瓶状 态标签

4	西山 E 栋/E09	石保禄	1. 实验室内存在饮水现象。2. 卫生环境不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		1. 避免在实验室饮食。 2. 清理卫生环境
5	西山 E 栋/E10	石保禄	实验室安全通道被折叠床占用	6.1.3 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品		及时清理遮挡物，搬走折叠床，在实验室内不能睡觉
6	西山 E 栋/E11	武志文	监控摄像头被遮盖	7.4.2 门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配		请尽快移除摄像头遮盖物

7	西山 E 栋/E11	武志文	烘箱周围有易燃杂物	13.4.3 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求		确保烘箱周围无可燃物、有足够散热空间
8	西山 E 栋/E11	武志文	接线板直接放置与地面	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		插线板不宜放在地面
9	西山 E 栋/E11	武志文	1. 可燃气体（氢气）与助燃气体（氧气）混放。2. 可燃气体未按要求存放	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		1. 立即停止使用氢气，按要求存放。2. 将氧气和氢气隔离存放
10	西山火箭弹控制实验室/006	王晓亮	1. 危废区域标志应改为枯树和鱼的新版标签；2. 危废区域应该用黄色胶带明确区域；3. 部分废液桶没有使用托盘存放；4. 废液桶上应张贴桔色废液标签。	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		1. 危废区域标志应改为枯树和鱼的新版标签；2. 危废区域应该用黄色胶带明确区域；3. 部分废液桶没有使用托盘存放；4. 废液桶上应张贴桔色废液标签。

						签。
2、机电学院						
11	国防科技园/6号楼 0101-0102	李辉	气瓶缺少防倾措施，没有状态标签	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		配备防倾倒装置和使用状态标签
12	国防科技园/6号楼 0101-0102	李辉	卫生不佳，有较多杂物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物保持整洁
13	国防科技园/6号楼 0101-0102	李辉	1、接线板串接，且放置于地面；2、地面上的用电线路缺少保护装置。	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		插线板不应放在地面，应固定在墙面或架子侧面。
14	国防科技园/6号楼 0101-0102	李辉	卫生环境状况不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境，保持整洁

15	国防科技园/6号楼 603	高峻 晓	插线板未固定在墙面或竖面，直接放在地上。	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		插线板不宜放在地面，应固定在墙面或架子侧面。
16	国防科技园/6号楼 603	高峻 晓	实验室卫生环境不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境和杂物
17	国防科技园/6号楼 603	高峻 晓	环境较为杂乱	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境





18	国防科技园/6号楼 605-606	孟非	1. 接线电源被杂物盖压 2. 电源在无人时应断电 3. 电源插座不宜直接置于地面	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		插线板应固定在墙面或架子侧面。
19	国防科技园/6号楼 605-606	孟非	实验室环境卫生状况不佳。实验室垃圾较多未清理	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境和杂物
20	国防科技园/6号楼 701	石青	实验室卫生环境不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境和杂物，清理可燃性纸箱

						
21	国防科技园/6号楼 702	刘晓明	易制毒化学品未存放于专用试剂柜，未落实双人双锁管理	9.5.2 易制毒化学品储存规范，台账清晰		严格落实管制类化学品管理要求，特别注意落实双人双锁管理、明确台账登记
22	国防科技园/6号楼 702	刘晓明	1、危险废物容器表面缺少橙色成分标签和投放登记表；2、危险废物未分类暂存于专用暂存区	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		1、粘贴橙色成分标签和投放登记表；2、将危险废物分类存放于专用暂存区
23	国防科技园/6号楼 702	刘晓明	实验台上有饮用水和试剂	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		实验台上不放食用食物

24	国防科技园/6号楼 708-709	陈晓鹏	实验室环境卫生状况不佳。实验室垃圾较多未清理	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境和杂物
25	国防科技园/6号楼 712-713	王化平	未设置标识，未建立危险废物区域，生活垃圾与危险废物混存	9.7.1 实验室应设立化学废弃物暂存区		设立危险废物区域并张贴标识，摆放整齐，垃圾分类存放

						
26	国防科技园/6号楼 712-713	王化平	化学品未存放于专用存储柜，实验室化学品未按要求分类分区安全存储。	9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放	 	将化学品分类有序存放于专用存储柜，为液态化学品配备防遗洒托盘
27	国防科技园/6号楼 712-713	王化平	缺少操作规程及应急预案	9.4.1 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程(SOP)、应急预案		在瓶体或附近明显处挂上操作规程及应急预案

28	国防科技园/6号楼 712-713	王化平	无气体浓度报警装置	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		安装气体浓度报警装置
29	国防科技园/6号楼 712-713	王化平	压力容器未按照要求进行相关管理	13.2.3 压力容器使用管理		落实压力容器管理
30	国防科技园/6号楼 712-713	王化平	实验室布局不合理，配电箱前遮挡，且放置较多杂物	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		合理布局，避免遮挡配电箱，移除杂物
31	机电重点实验室/005	王永强	高纯氨气和氢气为可燃气体，未放置于具有报警、排风功能的可燃气体专用柜中，且气瓶状态标签信息不全	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		立即将可燃气体放置于具有报警、排风功能的可燃气体专用柜中，同时补齐气瓶状态标签上的内容

32	西山 A 栋/A10	段卓平	安全操作规程和应急处置预案没有张贴在仪器附近	12.1.2 大型、特种设备的使用须符合相关规定		大型设备须配备的安全操作规程和应急处置预案应张贴或悬挂在仪器附近
33	西山 A 栋/A11, 14	李明智	卫生状况不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物, 保持整洁
34	西山 A 栋/A17	李明智	安全操作规程和应急处置预案没有张贴在仪器附近	12.1.2 大型、特种设备的使用须符合相关规定		大型设备须配备的安全操作规程和应急处置预案应张贴或悬挂在仪器附近, 做好仪器运行及维护记录
35	西山 A 栋/A21	李明智	安全操作规程和应急处置预案没有张贴在仪器附近	12.1.2 大型、特种设备的使用须符合相关规定		大型设备须配备的安全操作规程和应急处置预案应张贴或悬挂在仪器附近, 做好仪器运行及维护记录

36	西山 A 栋/A27	王卫华	A27 实验室安全信息牌未张贴	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		须明确 A26 和 A27 的房间位置，分别登录实验室管理系统，填写房间信息，下载并张贴实验室安全信息牌到相应房间位置
37	西山 B 栋/B10	李志敏	1、危废区域应张贴新版枯树和鱼标签并用 3 厘米宽的黄色胶带明确危废区域范围 2、废液桶应张贴桔色危废标签并在附近张贴危废投放登记表	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		1、危废区域应张贴新版枯树和鱼标签并用 3 厘米宽的黄色胶带明确危废区域范围 2、废液桶应张贴桔色危废标签并在附近张贴危废投放登记表
38	西山 C 栋/C08	韩志跃	缺少化学试剂台账	9.3.1 实验室内危险化学品建有动态台账		梳理试剂台账并粘贴




						
39	西山 KD88 实验室 /206	陈 东 平	实验室内存在 饮水现象	6.2.2 实验 室环境应整 洁卫生有序	 	避免在实验 室内饮食
40	西山 KD88 实验室 /206	陈 东 平	1. 接线板直 接放置于地 面。2. 接线 板串接使用	8.1.1 实验 室用电安全 应符合国家 标准（导 则）和行业 标准		1. 插线板不 宜放在地 面。2. 接线 板不得串接 使用

						
41	西山制导武器实验室 /313	李志敏	气体状态标签内容不完善	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		补齐气瓶状态标签上的内容
42	西山制导武器实验室 /415-416	张建国	易制毒化学品出入账记录不完善	9.5.2 易制毒化学品储存规范，台账清晰		严格落实易制毒化学品管理要求，严格出入账记录
43	西山制导武器实验室 /425	姚长江	气瓶缺少使用状态标签	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		悬挂气瓶使用状态标签

44	车队办公楼东/东113	李明愉	房间内布局不合理，疏散通道不畅通	7.1.2 紧急逃生疏散路线通畅		合理布局，保障疏散通道畅通
45	西山 A 栋/A04	宋道志	防倾倒装置损坏	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		尽快维修防倾倒装置
46	西山 A 栋/A20	魏继锋	接线板直接放置与地面，实验物品杂乱，存在安全隐患	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准	 	插线板不宜放在地面，合理布局线路

47	西山 A 栋/A21	李明智	线路缠绕混乱	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		梳理线路注意用电安全
48	西山 A 栋/A26	李明智	配电箱破损	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		尽快维护保证用电安全
49	西山 A 栋/A28	李明智	危险废物未存放于危废暂存区	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		危险废物与生活垃圾分类存放，规范危废存放
50	西山 B 栋/B10	李志敏	化学品缺少成分标签。	9.3.4 化学品标签应显著完整清晰		补充粘贴试剂标签





51	西山 B 栋/B10	李志敏	易制毒药品未按照要求进行存放管理	9.5.2 易制毒化学品储存规范, 台账清晰		管制药品要存放在管制药品柜内, 应该规范管理	
52	西山 B 栋/B10	李志敏	未设置标识, 未建立危险废物区域	9.7.1 实验室应设立化学废弃物暂存区		设立危险废物区域并张贴标识, 摆放整齐, 垃圾分类存放	
3、机械与车辆学院							
53	车辆重点实验室/106	吴志成	实验室大型仪器设备的安全操作规程和应急处置预案没有张贴在仪器附近位置	12.1.2 大型、特种设备的使用须符合相关规定		为设备补充安全操作规程和应急处置方案并张贴在仪器附近合理位置。内容应包括三方面: 操作步骤、安全注意事项、针对风险点的	

						应急处置措施。
54	车辆重点实验楼/106	吴志成	缺少气体浓度报警器	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求	 	气体不使用时应有气瓶帽，根据气体种类安装相应的浓度报警器
55	西山338栋/124	原彦鹏	1. 接线板直接放置于地面。2. 接线板串接使用	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		1. 插线板不宜放在地面。2. 接线板不得串接使用
56	西山338栋/124	原彦鹏	实验室环境卫生状况不佳。实验室纸箱等杂物较多	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物，保持环境卫生整洁
4、光电学院						




57	光电楼 /416- 417	赵长明	实验室学生反映吊顶灯具有脱落风险	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		修灯具和空调
58	八号教学楼 /3013- 3014	唐鑫	房间门口有遮挡物，不畅通	6.1.3 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品		保持门口畅通
59	八号教学楼 /4011	张丽君	房间门口存在遮挡物	6.1.3 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品		清理遮挡物
60	八号教学楼 /4026	张丽君	实验室门口被物品遮挡	6.1.3 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品		及时清理遮挡物


61	八号教学楼 /6007	王欣	卫生环境不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		尽快清理
62	八号教学楼 /6014-6015	刘明	存放有废弃物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		及时清理废弃物
63	六号教学楼 /403	裘溯	卫生环境状况不佳，堆放较多可燃性杂物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境，清理杂物
5、集成电路与电子学院						
64	前沿交叉大楼 /323D	王卓然	1、加热设备缺少警示标识；2、气瓶缺少防倾倒装置	5.1.2 涉及危险源的实验场所，须有明确的警示标识		1、增加高温警示标志； 2、为气瓶配备防倾倒装置


						
65	前沿交叉大楼 /323D	王卓然	化学品存储柜缺少试剂清单	9.3.1 实验室内危险化学品建有动态台账		补充试剂清单
66	前沿交叉大楼 /323D	王卓然	接线板直接放置于地面	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		避免将接线板放置于地面
6、自动化学院						
67	六号教学楼 /201	高志刚	卫生环境不佳，存放有废弃物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境，清理废弃物

68	六号教学楼 /210	陈振	卫生环境状况不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境，保持整洁
69	六号教学楼 /216	郭志强	用电线路杂乱	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		梳理用电线路
70	六号教学楼 /217	沙德尚	卫生环境状况不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境
71	六号教学楼 /227	冬雷	用电线路杂乱，配电箱遮挡，且线路周围有可燃物	6.1.7 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范		梳理用电线路，避免配电箱遮挡，清理周围可燃物
7、计算机学院						

72	中心教学楼 /0901B	刘峡壁	废弃纸箱等易燃物多	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理易燃性杂物
73	中心教学楼 /0927	余月	堆放有较多杂物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物, 保持整洁
8、材料学院						
74	五号教学楼 /0117-B	王本鹏	实验室存放未知油桶	9.3.5 其他化学品存放问题		应合理存放油桶, 加盖标注
75	五号教学楼 /0117-B	王本鹏	配电箱前不应有物品遮挡并便于操作, 周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等;	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准(导则)和行业标准		合理布局烘箱位置




76	五号教学楼 /0117-B	王本鹏	高温设备周围应避免存放可燃物	13.4.4 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程		记录本有高温痕迹，应避免可燃物存放于高温设备周围
77	五号教学楼 /0119-A	程兴旺	危险废物（手套）存放于生活垃圾处	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		危险废物与生活垃圾分类存放
78	五号教学楼 /0119-A	程兴旺	化学品未分类存放，液体危化品无防遗洒托盘	9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放		将化学品存放于专用存储柜，做好出入帐登记。按照《北京理工大学材料学院化学品安全管理要求（修订）》文件，落实化学品分类分区安全存储要求，性质相抵触的化学品禁止混存。所有化学品应粘贴类别标签。试剂存放区域的层板应粘贴类别标签，示意分

						区。液体要配备防遗撒托盘。腐蚀品要配备具备防腐性的托盘。
79	五号教学楼/0301A	蔡政旭	饮料瓶存放试剂未贴标签	9.3.5 其他化学品存放问题		原则上避免采用饮用水瓶盛装试剂，确需临时存放的，应撕除原有标签并粘贴试剂标签
80	五号教学楼/0301A	蔡政旭	接线板直接放置与地面，实验物品杂乱，存在安全隐患	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		插线板不宜放在地面，合理归置物品摆放
81	五号教学楼/0301A	蔡政旭	状态标签与实际不符	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		更新气体状态标签





82	五号教学楼 /0321	曹传宝	<p>化学品未存放于专用存储柜，实验室化学品未按要求分类分区安全存储。</p>	<p>9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放</p>	 <p>将化学品存放于专用存储柜，做好出入帐登记。按照《北京理工大学材料学院化学品安全管理要求（修订）》文件，落实化学品分类分区安全存储要求，性质相抵触的化学品禁止混存。所有化学品应粘贴类别标签。试剂存放区域的层板应粘贴类别标签，示意分区。液体要配备防遗撒托盘。腐蚀品要配备具备防腐性的托盘。</p>
----	-------------	-----	---	--------------------------------	---





						
83	五号教学楼 /0321	曹传宝	易制爆化学品未存放于专用试剂柜，未落实双人双锁管理	9.5.3 易制爆化学品存量合规、双人双锁保管		严格落实管制类化学品管理要求，特别注意落实双人双锁管理、明确台账登记
84	五号教学楼 /0421	王健全	易制毒药品未按照要求进行存放管理	9.5.2 易制毒化学品储存规范，台账清晰		管制药品要存放在管制药品柜内，应该规范管理

						
85	五号教学楼 /0421	王建全	化学品未存放于专用存储柜，实验室化学品未按要求分类分区安全存储。	9.3.1 实验室内危险化学品建有动态台账	 	清点冰箱内试剂，重新梳理台账，对于非低温存放试剂重新储存于试剂柜中，将化学品按照性质分类有序存放
86	五号教学楼 /0421	王建全	化学品未存放于专用存储柜，实验室化学品未按要求分类分区安全存储。	9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放		将化学品存放于专用存储柜，做好出入帐登记。按照《北京理工大学材料学院化学品安全管理要求（修订）》文件，落实化学品分类分区安全存储

						要求，性质相抵触的化学品禁止混存。所有化学品应粘贴类别标签。试剂存放区域的层板应粘贴类别标签，示意分区。液体要配备防遗撒托盘。腐蚀品要配备具备防腐性的托盘。
87	五号教学楼 /0424-1	杨荣杰	实验室化学品未按要求分类分区安全存储。	9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放		尽快更换新的试剂柜，清点试剂，对于不再使用的试剂尽快报废处理，将化学品按照性质分类有序存放并建立试剂台账粘贴于试剂柜
88	五号教学楼 /0425-B	陈煜	液氮罐应置于合适位置，缺少操作规程及应急预案	9.4.1 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程 (SOP)、应急预案		在瓶体或附近明显处挂上操作规程及应急预案

89	五号教学楼 /0427	李丽洁	化学品未分类存放，液体危化品无防遗洒托盘	9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放		1、将化学品按照性质分类有序存放 到试剂柜； 2、配备防遗洒托盘
90	五号教学楼 /0427	李丽洁	缺少试剂标签	9.3.4 化学品标签应显著完整清晰		补充试剂标签
91	五号教学楼 /0427	李丽洁	实验室环境卫生状况不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物， 保持卫生环境整洁
92	五号教学楼 /0427	李丽洁	缺少安全警示标识	13.4.4 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程		补充应急预案， 粘贴正确的安全标识


93	五号教学楼 /0428	张加涛	气瓶缺少使用状态标签	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		悬挂气瓶使用状态标签
94	五号教学楼 /0429	孙成辉	1、化学品台账与实际存放不符；2、存放大量陈旧历史遗留化学品	9.3.1 实验室内危险化学品建有动态台账	 	1、梳理化学品，确保台账与实际相符；2、尽快清理处置陈旧历史遗留化学品
95	五号教学楼 /0429	孙成辉	易制爆化学品未存放于专用试剂柜，未落实双人双锁管理	9.5.3 易制爆化学品存量合规、双人双锁保管		严格落实管制类化学品管理要求，特别注意落实双人双锁管理、明确台账登记


96	五号教学楼/0429	孙成辉	易制毒化学品未存放于专用试剂柜，未落实双人双锁管理	9.5.2 易制毒化学品储存规范，台账清晰		严格落实管制类化学品管理要求，特别注意落实双人双锁管理、明确台账登记
97	西山C栋/C03	苏仲懿	缺少气体状态标签	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		悬挂气瓶状态标签
98	西山C栋/C05	李玉川	实验室环境卫生状况不佳。实验室纸箱等杂物较多	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物，保持环境卫生整洁
99	西山C栋/C05	李玉川	危险性仪器设备缺少安全技术操作规程和应急处置方案	9.4.1 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程（SOP）、应急预案		制定并粘贴安全技术操作规程和应急处置方案

100	西山 C 栋/C05	李玉川	冰箱内试剂无化学品台账	9.3.1 实验室内危险化学品建有动态台账		梳理试剂台账并粘贴
101	西山 C 栋/C10	孟子晖	观察窗遮挡	6.1.4 实验室建设和装修应符合消防安全要求		保证视窗不要遮挡
102	西山 C 栋/C15	尹平	无人值守，电吹风不用也插着电	13.4.5 使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措		实验室要有人值守，电吹风不用不能插着电




103	西山 C 栋/C15	尹平	冰箱内试剂无化学品台账	9.3.1 实验室内危险化学品建有动态台账		梳理冰箱内试剂台账并粘贴
104	西山 C 栋/C20	邹美帅	缺少安全标识, 操作规程及应急预案	13.4.4 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程		补充操作规程及应急预案, 粘贴正确的安全标识
105	西山 C 栋/C20	邹美帅	危险废物容器表面缺少危废标签, 液态危废容器表面缺少投放登记表	9.7.1 实验室应设立化学废弃物暂存区		在危险废物表面粘贴成分标签, 在液态危废容器表面同时粘贴危险废物投放登记表

106	西山 C 栋/C24	李晓东	缺少安全标识, 操作规程及应急预案, 无人值守	13.4.4 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程		补充操作规程及应急预案, 粘贴正确的安全标识
107	西山 C 栋/C27	胡璐	化学品放在室外, 没有存放在试剂柜	9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放		将化学品分类存放于专用试剂柜
108	西山 C 栋/C31	陈锬	危险性仪器设备缺少安全技术操作规程和应急处置方案	9.4.1 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程 (SOP)、应急预案		制定并粘贴安全技术操作规程和应急处置方案

109	西山 C 栋/C34	孙成辉	缺少危废存放区标识	9.7.1 实验室应设立化学废弃物暂存区		张贴标识
110	西山 D 栋/D30	卢赞	气体状态标签内容不完善, 无防倾倒架	9.6.2 气体(气瓶)的存放和使用符合相关要求		补齐气瓶状态标签上的内容, 把气瓶固定在防倾倒架上
111	西山 D1 栋/D101	苏仲懿	使用饮用水瓶存放试剂	9.3.5 其他化学品存放问题		原则上应避免使用饮料瓶盛装试剂, 确需临时存放的, 应撕除原有标签并粘贴试剂标签
112	西山 D1 栋/D101	苏仲懿	实验室化学品未按要求分类分区安全存储, 试剂柜存在腐蚀	9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放		尽快更换新的试剂柜, 清点试剂, 对于不再使用的试剂尽快报废处理, 将化学品按照性质分类有序存放并建立试剂台账粘贴于试剂柜
9、化学与化工学院						

113	化学实验中心 /102	张韞宏	未粘贴实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统，生成最新安全信息牌并打印放置
114	化学实验中心 /103	王涛	未更换新版安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统，生成最新安全信息牌并打印放置
115	化学实验中心 /114	梁文强	实验室卫生环境不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境
116	化学实验中心 /114	梁文强	接线板不符合新国标要求	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		更换符合新国标要求的接线板

117	化学实验中心 /114	梁文强	气瓶缺少使用状态标签	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		悬挂使用状态标签。
118	化学实验中心 /114	梁文强	实验室卫生环境差，物品摆放混乱	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境，保持整洁

119	化学实验中心 /114	梁文强	废弃物大量堆放，未放置在废弃物区	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		将危险废物放置于专用暂存区
120	化学实验中心 /115	尹艳华	实验室门口缺少安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”准确填报危险点信息、危险类别、防护措施等内容，生成安全信息牌并打印放置
121	化学实验中心 /406	付引霞	堆放有较多可燃性物品	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理易燃性物品

						
122	化学实验中心 /406	付引霞	通风橱内放置较多物品	7.3.2 通风柜配置合理、使用正常、操作合规		避免在通风橱放置较多物品
123	工业生态楼 /204	徐宝华	卫生环境不佳，堆放杂物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物，保持整洁

124	工业生态楼 /209	姜雨佳	实验室门口楼道内放置有大件物品（试剂柜）	6.1.3 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品		尽快移除公共区域的试剂柜
125	工业生态楼 /210	冯霄	卫生不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物保持整洁
126	工业生态楼 /210	冯霄	卫生环境不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		打扫卫生




127	工业生态楼 /210	冯霄	缺少废液投放表	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		补充粘贴投放登记表
128	工业生态楼 /301	赵伟	缺少操作规程及应急预案	9.4.1 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程 (SOP)、应急预案		在瓶体或附近明显处挂上操作规程及应急预案
129	工业生态楼 /301	赵伟	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
130	工业生态楼 /306	梁建华	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换

131	工业生态楼 /313	赵伟	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
132	工业生态楼 /314	唐娟	气瓶使用状态标签不符合实际	9.6.2 气体（气瓶）的存放和使用符合相关要求		完善使用状态标签，更换合格气瓶
133	工业生态楼 /314	唐娟	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		
134	工业生态楼 /337A	蔡玮玮	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换


135	工业生态楼/401A	侯瑞君	线路混乱，存在隐患	6.1.7 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范		合理布局，尽快整改
136	工业生态楼/401A	侯瑞君	插线板未固定在墙面或竖面，直接放在地上。	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		插线板应固定在墙面或架子侧面。
137	工业生态楼/404A	温鸿亮	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		


138	工业生态楼 /411	黄志琦	缺少安全标识 应急预案	13.4.4 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程		补充应急预案，粘贴正确的安全标识
139	工业生态楼 /501A	徐志斌	化学试剂缺少标签	9.3.4 化学品标签应显著完整清晰		补充试剂标签
140	工业生态楼 /501A	徐志斌	实验过程无人值守	8.3.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		开展实验时应留人值守

141	工业生态楼/502	权恒道	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
142	工业生态楼/503A	武钦佩	实验过程无人值守	8.3.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		开展实验时应留人值守
143	工业生态楼/503B	吴玉凯	实验过程无人值守	8.3.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		实验时保持有人值守
144	工业生态楼/505	李欢军	插线板不符合新国标	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		更换插线板

145	工业生态楼 /505	李欢军	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
146	工业生态楼 /507	赵之平	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
147	工业生态楼 /512	孟子晖	实验过程无人值守	8.3.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		开展实验时应留人值守

						
148	工业生态楼 /601	陈磅宽	卫生不佳，有 杂物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序	  	清理卫生环境


					
--	--	--	--	--	---

						
149	工业生态楼/602	余蒙	实验过程无人值守	8.3.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		开展实验时应留人值守
150	工业生态楼/602	余蒙	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统，生成最新安全信息牌并打印放置

151	工业生态楼 /602	余蒙	实验产物没有 标签	9.3.4 化学 品标签应显 著完整清晰		粘贴相应的 标签，如是 废弃物及时 处理
152	工业生态楼 /604	姚波	废液区杂乱	9.7.2 实验 室内须规范 收集化学废 弃物		规范放置废 液
153	工业生态楼 /604	姚波	管制药品安全 管理规范纸张 破损	9.5.2 易制 毒化学品储 存规范，台 账清晰		更换管制药 品管理规 范，确保完 好
154	工业生态楼 /604	姚波	通风橱内环境 卫生不佳	7.3.2 通风 柜配置合 理、使用正 常、操作合 规		环境卫生应 该定期清理

155	工业生态楼 /607	姚波	1、烘箱上堆放杂物影响散热；2、卫生环境不佳	13.4.3 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求		1、清理烘箱周围，保证散热空间； 2、清理卫生环境
-----	---------------	----	------------------------	---------------------------------	---	------------------------------




						
156	工业生态楼 /609	马嘉壁	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统，重新生成最新版安全信息牌并打印放置
157	工业生态楼 /610	金旭辉	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统，生成最新版安全信息牌并打印放置
158	工业生态楼 /611	金旭辉	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统，生成最新安全信息牌并打印放置

159	工业生态楼 /613	尹晓东	消防通道堵塞	6.1.3 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品		保持通道畅通
160	工业生态楼 /613	尹晓东	环境卫生状况不佳。桌面比较乱	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		打扫卫生保持整洁
161	工业生态楼 /639	白鹏昊	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统，生成最新安全信息牌并打印放置

162	工业生态楼 /639	白鹏昊	烘箱上有易燃物和试剂	13.4.3 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间 和空间等要求		及时清理
163	工业生态楼 /702	王金亮	实验室纸箱等杂物较多, 请保持实验室环境干净整洁	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境和杂物, 清理可燃性纸箱
164	工业生态楼 /703	孙建科	实验室环境卫生状况不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		定期清理

						
165	工业生态楼 /708	黄学斌	环境卫生不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序	 	环境卫生应该定期清理保持整洁
166	工业生态楼 /711	戴啟谱	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴

167	工业生态楼 /713	殷安翔	实验过程无人值守	8.3.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		开展实验时应留人值守
168	工业生态楼 /713	殷安翔	卫生不佳，有杂物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境和杂物，清理可燃性纸箱
169	工业生态楼 /803	牛广乐	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴


170	工业生态楼 /807	张小玲	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
171	工业生态楼 /812	张加涛	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
172	工业生态楼 /902	马小杰	卫生不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		保持整洁

						
173	工业生态楼/902	马小杰	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
174	工业生态楼/903	曹敏花	卫生不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物保持整洁

						
175	工业生态楼/909	曹敏花	实验过程无人值守	8.3.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		危险性实验应有人值守
176	工业生态楼/909	曹敏花	缺少危险废弃物标识	9.7.1 实验室应设立化学废弃物暂存区		危废放在危废暂存区，做好标识
177	工业生态楼/937	殷安翔	线路混乱，存在隐患	6.1.7 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范		合理布局，尽快整改





178	工业生态楼 /937	殷安翔	化学试剂不应随意放置地面，化学品未分类存放于专用存储柜。	9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放		将化学品按照性质分类有序存放	
10、生命学院							
179	化学实验中心 /511	顾昊	实验室门口楼道内放置有储物柜及可燃性纸箱	6.1.3 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品		清理楼道内的储物柜及可燃物	
180	化学实验中心 /512	顾昊	实验室门口楼道内放置有储物柜和可燃物	6.1.3 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品		清理公共区域储物柜和可燃物	

						
11、医学技术学院						
181	车队办公楼西 / 西 105	徐伟	卫生环境不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境
182	车队办公楼西 / 西 105	徐伟	使用旧国标接线板	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		更换为符合新国标要求的接线板

						
12 物理学院						
183	物理实验中心 /112-113	韩俊峰	实验室杂物堆放过多，摆放混乱	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理杂物，保持整洁
184	物理实验中心 /115-116	段俊熙	缺少气体报警装置	9.6.3 在较小密封空间使用可引起窒息的气体，须安装氧含量监测报警装置		在房间内合适位置安装氧气浓度报警装置




185	物理实验中心 /121	李彩珍	易制毒试剂未放入双人双锁柜	9.5.3 易制爆化学品存量合规、双人双锁保管		严格落实易制毒化学品双人双锁管理制度
186	物理实验中心 /425	刘伟	房间卫生差，堆放大量垃圾，且存在饮食现象	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境，保持整洁，避免饮食
187	物理实验中心 /517	王振宇	接线板直接放置于地面	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		避免将接线板放置于地面

188	物理实验中心 /517	王振宇	房间内卫生状况差，堆放杂物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境，保持整洁
189	理学楼 A/1-102	孙林锋	易制毒化学品出入账记录不完善	9.5.2 易制毒化学品储存规范，台账清晰		严格落实易制毒化学品管理要求，严格出入账记录





						
190	理学楼 A/1- 108	王志	房间卫生状况 差	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序	  	清理卫生环境和杂物





191	理学楼 B/2- 109	李翔	堆放杂物，且 存在饮水现象	6.2.2 实验 室环境应整 洁卫生有序		清理杂物， 同时避免饮 食
192	理学楼 C/3- 204	杨盛谊	无气体状态标 签	9.6.2 气体 (气瓶)的 存放和使用 符合相关要 求		悬挂气瓶使 用状态标签
193	理学楼 C/3- 208	金美玲	无气体状态标 签	9.6.2 气体 (气瓶)的 存放和使用 符合相关要 求		悬挂气瓶使 用状态标签
194	理学楼 C/3- 208	金美玲	化学品大量无 序堆放，没有 存放在试剂柜	9.3.2 化学 品有专用存 放空间并科 学有序存放		将化学品分 类存放于专 用试剂柜

195	理学楼 C/3- 208	金 美 玲	卫生状况不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		清理卫生环境，保持整洁
13、先进结构技术研究院						
196	先进结构技术研究院 大楼 /101	何 汝 杰	使用塑料电吹风	13.4.5 使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措		建议更换为金属外壳电吹风


197	先进结构技术研究院大楼/101	何汝杰	环境卫生不佳	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		定期清理
198	先进结构技术研究院大楼/101	何汝杰	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
199	先进结构技术研究院大楼/102	徐宝升	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴


200	先进结构技术研究院大楼/103	李营	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
201	先进结构技术研究院大楼/104	雷红帅	缺少操作规程及应急预案	9.4.1 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程(SOP)、应急预案		制定粘贴安全技术操作规程和应急处置方案
202	先进结构技术研究院大楼/104	雷红帅	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
203	先进结构技术研究院大楼/105	李营	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴





204	先进结构技术研究院大楼 /208	范锦鹏	危险废物废液桶缺少标签和投放登记表	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		粘贴标签和投放登记表
205	先进结构技术研究院大楼 /208	范锦鹏	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
206	先进结构技术研究院大楼 /208	范锦鹏	管制药品未放置在管制柜内	9.5.2 易制毒化学品储存规范，台账清晰		管制药品要存放在管制药品柜内，应该规范管理
207	先进结构技术研究院大楼 /209	徐宝升	卫生不佳，有杂物	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		定期清理

						
208	先进结构技术研究院大楼 /209	徐宝升	危险废物废液桶缺少标签和投放登记表	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		粘贴标签和投放登记表
209	先进结构技术研究院大楼 /209	徐宝升	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
210	先进结构技术研究院大楼 /210	王一光	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴

211	先进结构技术研究院大楼 /211	王一光	实验过程无人值守	8.3.1 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		危险性实验应有人值守
212	先进结构技术研究院大楼 /211	王一光	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录北京理工大学实验室管理系统填报实验室危险点信息，生成安全信息牌并打印粘贴
14、前沿交叉科学研究院						
213	工业生态楼 /612A	杨小会	危险废物废液桶缺少标签和投放登记表	9.7.2 实验室内须规范收集化学废弃物		粘贴橙色成分标签和投放登记表
214	工业生态楼 /612A	杨小会	实验完后，桌面收拾整洁	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序		打扫卫生保持整洁





					
--	--	--	--	--	---

15、分析测试中心					
215	工业生态楼 /102	高培峰	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌	 <p>登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换</p>


216	工业生态楼/103	艾惠	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
217	工业生态楼/104	杜建新		6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		
218	工业生态楼/106	马宏伟	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
219	工业生态楼/107	马宏伟	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换

220	工业生态楼 /108	马宏伟	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
221	工业生态楼 /D101	高培峰	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
222	工业生态楼 /D105	高培峰	插线板不符合新国标	8.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准		更换插线板
223	工业生态楼 /D105	高培峰	饮料瓶存放实验用水未贴标签	9.3.5 其他化学品存放问题		1、原则上避免使用饮料瓶盛装试剂，确需临时存放的应撕除原有标签或粘贴试剂标签；2、粘贴试剂标签

						
224	工业生态楼/D105	高培峰	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换

225	工业生态楼/D110	常晓雪	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
226	工业生态楼/D111	常晓雪	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
227	工业生态楼/D112	张妞	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
228	工业生态楼/D113	艾惠	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换

229	工业生态楼/D114	高培峰	缺少安全标识, 操作规程及应急预案	13.4.4 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程		补充应急预案, 粘贴正确的安全标识
230	工业生态楼/D114	高培峰	气瓶缺少使用状态标签	9.6.2 气体(气瓶)的存放和使用符合相关要求		悬挂气瓶使用状态标签
231	工业生态楼/D114	高培峰	实验过程无人值守	13.4.4 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程		
232	工业生态楼/D114	高培峰	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换

233	工业生态楼/D115	高培峰	缺少最新版实验室安全信息牌	6.1.1 实验场所应张贴安全信息牌		登录“北京理工大学实验室管理系统”重新生成实验室安全信息牌并打印替换
-----	------------	-----	---------------	--------------------	--	------------------------------------

## 2024年第2期实验室AI识别隐患清单

序号	预警类型	校区	楼宇	实验室	预警日期	预警时间
1、材料学院						
1	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/30	18:36:58
2	防护服	中关村校区	五号教学楼	902B室	2024/6/30	17:01:23
3	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/30	16:33:45
4	防护服	中关村校区	五号教学楼	902B室	2024/6/30	15:45:42
5	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/30	15:30:40
6	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/30	15:00:27
7	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/30	13:49:29
8	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/30	13:29:42
9	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/30	13:24:11
10	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/30	12:34:24
11	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/30	11:08:45
12	防护服	中关村校区	五号教学楼	902B室	2024/6/30	10:28:35
13	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/30	10:20:37
14	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/30	10:07:50
15	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/30	9:32:42
16	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/28	18:47:19
17	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/28	18:37:14
18	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/28	18:06:57
19	防护服	中关村校区	五号教学楼	902B室	2024/6/28	17:26:42
20	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/28	17:21:29
21	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/28	16:25:56
22	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/28	14:55:19
23	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/28	14:31:21
24	防护服	西山实验区	阻燃实验中心楼	312室	2024/6/28	14:11:10
25	防护服	中关村校区	五号教学楼	902B室	2024/6/28	14:01:27
26	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/28	13:36:01
27	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/28	13:06:01
28	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/28	11:14:50
29	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/28	10:59:57
30	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/28	10:49:41
31	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/28	10:46:18
32	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/27	23:23:16
33	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/27	22:42:54
34	防护服	中关村校区	五号教学楼	902B室	2024/6/27	22:05:55
35	防护服	中关村校区	五号教学楼	910A室	2024/6/27	21:34:39
36	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/27	15:25:41

37	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/27	15:05:25
38	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/27	14:34:48
39	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/27	14:25:02
40	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/27	13:44:53
41	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/27	12:24:43
42	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/27	11:34:25
43	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/27	10:45:17
44	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/27	10:33:37
45	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/27	10:13:49
46	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/27	9:53:57
47	防护服	西山实验区	阻燃实验中心楼	303室	2024/6/27	9:34:23
48	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/27	8:12:52
49	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/26	22:42:08
50	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/26	21:02:39
51	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/26	19:21:17
52	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/26	17:31:05
53	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/26	17:10:46
54	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/26	16:40:20
55	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/26	16:21:35
56	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/26	16:11:40
57	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/26	16:10:31
58	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/26	15:20:19
59	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/26	14:31:01
60	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/26	14:00:46
61	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/26	13:19:51
62	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/26	12:49:32
63	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/26	11:59:31
64	防护服	西山实验区	阻燃实验中心楼	312室	2024/6/26	10:49:37
65	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/26	10:29:07
66	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/26	10:28:56
67	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/26	10:19:00
68	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/26	9:59:45
69	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/26	9:28:52
70	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/26	8:18:10
71	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/26	5:38:20
72	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/25	22:36:11
73	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/25	21:56:05
74	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	18:58:03
75	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/25	17:55:09
76	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/25	17:45:07

77	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/25	17:04:57
78	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/25	17:04:53
79	防护服	西山实验区	阻燃实验中心楼	303室	2024/6/25	16:54:48
80	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/25	16:04:38
81	防护服	西山实验区	阻燃实验中心楼	303室	2024/6/25	16:04:37
82	通风橱	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	15:46:48
83	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	15:46:47
84	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/25	15:04:24
85	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/25	14:04:09
86	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	12:55:38
87	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	11:44:02
88	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	11:39:27
89	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	11:34:17
90	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/25	11:33:16
91	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	11:31:25
92	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	11:26:39
93	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	11:25:08
94	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	11:16:37
95	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/25	11:13:12
96	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/25	11:03:12
97	通风橱	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	11:02:06
98	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	10:36:19
99	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	10:31:53
100	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/25	8:35:48
101	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	18:35:39
102	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/24	16:02:16
103	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/24	14:21:38
104	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/24	14:12:21
105	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/24	14:11:45
106	通风橱	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	13:29:09
107	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	13:08:53
108	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/24	12:51:22
109	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	12:34:27
110	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/24	11:40:53
111	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	11:07:54
112	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	10:54:01
113	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/24	10:40:38
114	通风橱	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	10:27:30
115	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/24	10:10:23
116	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/24	10:00:25

117	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	9:47:08
118	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	9:33:39
119	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/24	8:40:07
120	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/24	8:33:21
121	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/23	22:57:38
122	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/23	21:47:19
123	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/23	21:17:11
124	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/23	20:57:05
125	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/23	19:26:39
126	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/23	19:26:39
127	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/23	18:26:36
128	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/23	18:16:20
129	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/23	17:36:18
130	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/23	16:26:03
131	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/23	15:45:41
132	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/23	14:25:19
133	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/23	14:15:30
134	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/23	13:45:23
135	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/23	11:44:56
136	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/23	8:31:00
137	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/22	21:01:33
138	防护服	中关村校区	五号教学楼	901C室	2024/6/22	21:01:28
139	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/22	18:00:48
140	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/22	14:39:57
141	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/22	13:29:51
142	防护服	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/22	10:58:41
143	防护服	中关村校区	五号教学楼	117C室	2024/6/22	10:28:47
144	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/22	9:58:42
145	防护服	中关村校区	五号教学楼	908室	2024/6/22	9:18:29
146	防护服	中关村校区	五号教学楼	1024室	2024/6/22	9:08:27
147	危废桶盖	中关村校区	五号教学楼	1002室	2024/6/22	8:28:23
2、化学与化工学院						
148	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/30	17:16:29
149	防护服	良乡校区	工业生态楼	401A室	2024/6/30	16:35:33
150	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/30	15:15:33
151	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/30	14:36:56
152	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/30	13:24:42
153	防护服	良乡校区	工业生态楼	413室	2024/6/30	12:29:20
154	防护服	良乡校区	工业生态楼	401A室	2024/6/30	12:18:47
155	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/30	11:28:54

156	防护服	良乡校区	工业生态楼	401A室	2024/6/30	10:48:07
157	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/30	10:38:29
158	防护服	良乡校区	工业生态楼	413室	2024/6/30	10:08:21
159	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/30	9:17:54
160	防护服	良乡校区	工业生态楼	303室	2024/6/30	9:17:49
161	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/29	16:37:56
162	通风橱	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/29	11:27:36
163	防护服	良乡校区	工业生态楼	413室	2024/6/28	17:51:49
164	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/28	17:16:17
165	防护服	良乡校区	工业生态楼	401A室	2024/6/28	15:50:37
166	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/28	15:25:32
167	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/28	15:04:49
168	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/28	14:55:23
169	防护服	良乡校区	工业生态楼	413室	2024/6/28	14:50:20
170	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/28	13:46:12
171	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/28	13:35:55
172	防护服	良乡校区	工业生态楼	413室	2024/6/28	12:55:57
173	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/28	12:50:39
174	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/28	12:40:39
175	防护服	良乡校区	工业生态楼	606室	2024/6/28	11:40:07
176	防护服	良乡校区	工业生态楼	903室	2024/6/28	11:10:03
177	防护服	良乡校区	工业生态楼	413室	2024/6/28	10:49:44
178	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/28	10:41:19
179	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/28	9:29:19
180	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/27	23:07:54
181	防护服	良乡校区	工业生态楼	903室	2024/6/27	22:22:18
182	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/27	22:11:31
183	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/27	22:11:30
184	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/27	22:11:21
185	防护服	良乡校区	工业生态楼	606室	2024/6/27	21:41:22
186	防护服	良乡校区	工业生态楼	606室	2024/6/27	21:39:40
187	防护服	良乡校区	工业生态楼	606室	2024/6/27	21:37:59
188	防护服	良乡校区	工业生态楼	606室	2024/6/27	21:36:50
189	防护服	良乡校区	工业生态楼	606室	2024/6/27	21:34:05
190	防护服	良乡校区	工业生态楼	606室	2024/6/27	21:32:56
191	防护服	良乡校区	工业生态楼	913室	2024/6/27	21:31:15
192	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/27	17:12:30
193	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/27	17:10:48
194	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/27	17:04:40
195	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/27	16:55:22

196	防护服	良乡校区	工业生态楼	401A室	2024/6/27	15:45:42
197	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/27	15:15:41
198	防护服	良乡校区	工业生态楼	902室	2024/6/27	14:55:19
199	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/27	14:55:18
200	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/27	10:54:22
201	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	21:21:48
202	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/26	20:41:59
203	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	20:31:37
204	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/26	19:31:44
205	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	19:01:20
206	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/26	15:40:39
207	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	14:40:22
208	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	13:40:06
209	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	11:59:42
210	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/26	11:09:52
211	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	11:09:29
212	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	10:29:18
213	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/26	9:59:33
214	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/26	9:39:17
215	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/26	9:39:06
216	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/25	23:06:26
217	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/25	20:45:38
218	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/25	20:15:48
219	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/25	19:45:35
220	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/25	16:24:41
221	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/25	15:14:26
222	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/25	14:54:19
223	防护服	良乡校区	工业生态楼	906室	2024/6/25	14:53:12
224	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/25	12:33:47
225	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/25	11:33:21
226	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/25	11:13:12
227	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/25	10:12:59
228	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/25	10:12:49
229	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/24	16:52:52
230	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/24	16:32:31
231	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/24	15:52:00
232	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/24	15:11:58
233	防护服	良乡校区	工业生态楼	401A室	2024/6/24	14:51:55
234	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/24	13:51:31
235	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/24	13:00:57

236	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/24	12: 20: 47
237	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/24	11: 40: 57
238	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/24	10: 00: 15
239	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/24	9: 40: 16
240	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/24	9: 30: 02
241	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/24	0: 07: 52
242	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/23	22: 37: 29
243	防护服	良乡校区	化学实验中心	327室	2024/6/23	22: 37: 29
244	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/23	21: 37: 16
245	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/23	21: 07: 11
246	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/23	19: 36: 50
247	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/23	19: 16: 37
248	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/23	16: 25: 52
249	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/23	16: 16: 01
250	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/23	14: 45: 39
251	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/23	13: 45: 27
252	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/23	13: 35: 04
253	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/23	13: 05: 18
254	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/23	11: 04: 50
255	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/23	10: 44: 45
256	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/23	10: 24: 40
257	防护服	良乡校区	工业生态楼	902室	2024/6/22	23: 02: 07
258	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/22	20: 31: 21
259	防护服	良乡校区	工业生态楼	902室	2024/6/22	20: 01: 18
260	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/22	18: 51: 04
261	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/22	15: 20: 07
262	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/22	15: 20: 07
263	防护服	良乡校区	工业生态楼	503室	2024/6/22	13: 59: 45
264	防护服	良乡校区	工业生态楼	401A室	2024/6/22	11: 39: 05
265	防护服	良乡校区	工业生态楼	902室	2024/6/22	9: 28: 32
266	防护服	良乡校区	工业生态楼	605室	2024/6/22	8: 48: 31
267	防护服	中关村校区	五号教学楼	521室	2024/6/22	8: 48: 22